



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39 a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400;
fax. +387 33 726 423;
e – mail: info@voda.ba .

Broj: **60-299-12/20**
Datum: 22.06.2020. godine
Int. br. nabavke : **60-281-26/20**

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. stavovi (1),(4) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 47. Statuta Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, donosim

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke roba
"Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4
LOT-a" LOT 3 – "Standardi za kalibraciju i provjeru za GC"
Otvoreni postupak
Obavještenje o nabavci br.: 1132-1-1-50-3-50/20

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke roba: "**Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4 LOT-a" LOT 3 – "Standardi za kalibraciju i provjeru za GC "** zbog toga što dostavljena ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se **Sektor Laboratorije za vode** Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo.

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na web-stranici www.voda.ba.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

MIKRO+POLO – Nije zadovoljena tehnička specifikacija

Stavka 3 – Standard za β -HCH, Standard tražen u metanolu, ponuđen u toluenu

Stavka 6 – Standard, mix endosulfan α i endosulfan β - Tražen standard u heksanu, ponuđen u izooktanu

Stavka 7 – Tražen standard sa koncentracijama HCH-ova od 100 ppb, a endosulfana od 200 ppb, ponuđeni svi od 500 ppb

Stavka 21 – Tražen standard Heksahloro- 1,3- butadien u metanolu koncentracije 5000 ug/ml, ponuđena je koncentracija 1000 ug/ml.

Na osnovu navedenog, a zbog toga što dostavljena ponuda nije prihvatljiva, odlučeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA:

Učesnik u postupku, koji nije zadovoljan ovom odlukom, može u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke izjaviti žalbu zbog povrede odredaba Zakona o javnim nabavkama. Žalba se podnosi u najmanje 3 primjerka „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo. Žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 500,00 KM (član 108. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH).



DIREKTOR

Sejad Delić
Sejad Delić, dipl.inž

Dostaviti:

- Ponuđačima
- Sektor za ekonomske, pravne i opšte poslove
- Sektor laboratorija za vode
- a/a