



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Broj: **60-373-12/21**

Sarajevo, 21.7.2021. godine

Int. br. nabavke: **60-69-11/21**

Na osnovu člana 64. stav (1) i člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Preporuke iz Zapisnika broj: 60-373-11/21 od 12.7.2021. godine, uz primjenu **otvorenog postupka**, donosim

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba

"Nabavka dva multimetarska seta za terenska mjerenja fizičko-hemijskih parametara u Laboratoriji za vode"

Obavještenje o nabavci br.: 1132-1-1-63-3-50/21

Član 1.

Kao najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku roba "**Nabavka dva multimetarska seta za terenska mjerenja fizičko-hemijskih parametara u Laboratoriji za vode**" bira se ponuđač **CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo, ul. Terzibašina 16, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, MBS: 1-25539, JIB:4201103840007**, za ponuđenu cijenu **13.084,00 KM bez PDV-a, odnosno 15.308,28 KM sa PDV-om.**

Član 2.

Ponuđaču **CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo** će se dodjeliti prijedlog ugovora za javnu nabavku iz člana 1. ove Odluke nakon što svi ponuđači budu obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se **Sektor laboratorija za vode** Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo.

Član 4.

Sredstva za zaključenje ovog ugovora će se koristiti iz Plana i Finansijskog plana Agencije za 2021. godinu, ekonomski kod 821351.

Član 5.

Ova odluka će se objaviti na web-stranici www.voda.ba, istovremeno s upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 60-373-2/21 od 7.4.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 15.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-63-3-50/21 je poslato na objavu i objavljeno na portalu javnih nabavki dana 27.05.2021. godine.

Sa web portala "e-Nabavke" www.ejn.gov.ba tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuđači:

1. INSTRUMENTS
2. MEDA DOO SARAJEVO
3. BH ES ELEKTROSISTEM D.O.O.
4. EKAPIJA DOO
5. EUROPE
6. SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA
7. ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO
8. DOO EUROLAB
9. APICAL DOO
10. CONTROLMATIK BH DOO SARAJEVO
11. THEISS D.O.O
12. NEXIS D.O.O. SARAJEVO
13. MIKRO+POLO D.O.O.
14. NRG D.O.O
15. ALFAMED D.O.O.
16. MPS LAB D.O.O.

Komisija za nabavku imenovana je Rješenjem broj: 60-373-4/21 od 27.5.2021. godine. Komisija

za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da je ukupan broj preuzimanja tenderske dokumentacije 16 (slovima: šesnaest)
- Da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (slovima: četiri)
- Da je ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda 4 (slovima: četiri)
- Da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda
- Da su ponude 1 (slovima: jedan) ponuđača prihvatljive.
- Da su 3 (slovima: tri) ponude ocijenjene kao neprihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, Komisija je pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Ponuđač MPS LAB d.o.o. svojom ponudom nije ponudio traženo. Tenderskom dokumentacijom je zahtijevana pH elektroda sa preciznošću $\leq \pm 0,02$ pH. Uvidom u dostavljenu ponudu (katalog) konstatovano je da nema podatka (dokaza) o traženoj preciznosti što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije iz Aneksa II TD-e.

Tenderskom dokumentacijom je zahtijevana elektroda za elektroprovodljivost, preciznosti $\leq \pm 0,5\%$ raspona. Uvidom u dostavljenu ponudu (katalog) konstatovano je da nema podatka (dokaza) o traženoj preciznosti što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije iz Aneksa II TD-e.

Tenderskom dokumentacijom je zahtijevana elektroda za kisik sa luminiscentnim/optičkim senzorom otopljenog kisika za mjerenje BPK, preciznost $\leq \pm 0,05$ mg/L (0 do 10 mg/L), $\leq \pm 0,1$ mg/L za više od 10 mg/L. Uvidom u dostavljenu ponudu (katalog) konstatovano je da nema podatka (dokaza) o zahtijevanoj preciznosti što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije iz Aneksa II TD-e.

Tenderskom dokumentacijom tražen je prijenosni multimeter sa trostrukim ulazom sa pripadajućim elektrodama za istovremeno mjerenje otopljenog kisika/zasićenosti kisikom, pH i elektroprovodljivosti na terenu i laboratoriji. Uvidom u dostavljenu ponudu (katalog str.46/56) konstatovano je da ponuđeni instrument nema mogućnost istovremenog mjerenja na tri kanala što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije iz Aneksa II TD-e.

Ponuđač NEXIS d.o.o. Sarajevo svojom ponudom nije ponudio traženo. Tenderskom dokumentacijom je zahtijevana pH elektroda sa preciznošću $\leq \pm 0,02$ pH. Uvidom u dostavljenu ponudu (katalog) konstatovano je da nema podatka (dokaza) o traženoj preciznosti što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije iz Aneksa II TD-e.

Tenderskom dokumentacijom je zahtijevana elektroda za elektroprovodljivost, preciznosti $\leq \pm 0,5\%$ raspona. Uvidom u dostavljenu ponudu (katalog) konstatovano je da nema podatka (dokaza) o zahtijevanoj preciznosti što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije Iz Aneksa II TD-e.

Tenderskom dokumentacijom je zahtijevana elektroda za kisik sa luminiscentnim/optičkim senzorom otopljenog kisika za mjerenje BPK, preciznost $\leq \pm 0,05$ mg/L (0 do 10 mg/L), $\leq \pm 0,1$ mg/L za više od 10 mg/L. Uvidom u dostavljenu ponudu (katalog) konstatovano je da nema podatka (dokaza) o traženoj preciznosti što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije Iz Aneksa II TD-e.

Ponuđač MIKRO-POLO d.o.o. svojom ponudom nije ponudio traženo. Tenderskom dokumentacijom je zahtijevana pH elektroda sa preciznošću $\leq \pm 0,02$ pH. Uvidom u dostavljenu ponudu (katalog) konstatovano je da nema podatka (dokaza) o traženoj preciznosti što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije iz Aneksa II TD-e.

Tenderskom dokumentacijom je zahtijevana elektroda za elektroprovodljivost, preciznosti $\leq \pm 0,5\%$ raspona. Uvidom u dostavljenu ponudu (katalog) konstatovano je da nema podatka (dokaza) o zahtijevanoj preciznosti što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije iz Aneksa II TD-e.

Tenderskom dokumentacijom je zahtijevana elektroda za kisik sa luminiscentnim/optičkim senzorom otopljenog kisika za mjerenje BPK sa integriranom mješalicom. Uvidom u dostavljenu ponudu (katalog) konstatovano je da nema podatka (dokaza) o traženoj integriranoj mješalici što nije u skladu sa zahtjevom tehničke specifikacije iz Aneksa II TD-e.

Na osnovu člana 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e aukcije, a s obzirom da je primljena samo jedna prihvatljiva ponuda e aukcija se ne zakazuje.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađeni razlozi, nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Ocijenjeno je da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:

R. broj	PONUĐAČ	Cijena na (javnom) otvaranju KM (bez PDV-a)
1	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	13.084,00

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA:

Učesnik u postupku, koji nije zadovoljan ovom odlukom, može u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke izjaviti žalbu zbog povrede odredaba Zakona o javnim nabavkama.

Žalba se podnosi u najmanje 3 primjerka Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo. Žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 500,00 KM (član 108. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH).

Dostaviti:

- Ponuđačima
- Sektor za ekonomske, pravne i opšte poslove
- Sektor laboratorija za vode
- a/a



DIREKTOR

Sejad Delić, dipl.inž.